










Prüfliste: Arbeits- und Patientensicherheit (Stand 2016)

Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Was	Ja	Grundlagen (Internetlinks)
Allgemeiner Arbeitsschutz		BuS-Handbuch
Ist die betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung (BuS) der Praxis organisiert? <input type="checkbox"/> durch Firma TECOM (Rahmenvertrag der ZÄK M-V) <input type="checkbox"/> anderweitig	<input type="checkbox"/>	DGUV 2 ASiG
Liegt eine schriftliche Gefährdungsbeurteilung der Tätigkeiten in der Praxis vor? (<i>Hinweis: Erstellung durch TECOM</i>)	<input type="checkbox"/>	ArbSchG, § 5 BiostoffV, §§ 4, 7 u. 8
Werden die Mitarbeiter über die bei ihrer Tätigkeit auftretenden Gefahren sowie über die Maßnahmen zu ihrer Abwendung vor Aufnahme der Beschäftigung und danach in angemessenen Zeitabständen (mindestens einmal jährlich) unterwiesen?	<input type="checkbox"/>	DGUV 1 Gef.StoffV, § 14
Wird Inhalt und Zeitpunkt der Unterweisungen schriftlich festgehalten und von den Unterwiesenen durch Unterschrift bestätigt? <i>(Notwendige Unterweisungen siehe Formular Unterweisungserklärung im BuS-Handbuch Kap.1 bzw. auf der Homepage der ZÄK M-V unter Zahnärzte/Downloads/Formularsammlung zu den BuS-Checklisten!)</i>	<input type="checkbox"/>	DGUV 1 RKI-Empfehlung: "Infektionsprävention in der Zahnheilkunde - Anforderungen an die Hygiene", 10.1. MPBetreibV, § 9 Gef.StoffV, § 14 RöV, § 36
Sind die gültigen gesetzlichen Grundlagen für den Arbeitsschutz vorhanden? (<i>Die für die ZAP relevanten Vorschriften sind in der QM-Software enthalten! Vorschriften der BGR können kostenfrei bei der BGR angefordert werden.</i>)	<input type="checkbox"/>	
Liegt das Arbeitszeitgesetz (ArbZG) zur Einsichtnahme aus? (<i>siehe auf der CD unter gesetzliche Grundlagen</i>)	<input type="checkbox"/>	ArbZG, § 16
Liegt das Mutterschutzgesetz (MuSchG) zur Einsichtnahme aus? (<i>siehe in der QM-Software unter gesetzliche Grundlagen</i>)	<input type="checkbox"/>	MuSchG, § 18
Werden die Bestimmungen des Mutterschutzgesetzes beachtet? <input type="checkbox"/> Benachrichtigung der Abt. für Arbeitsschutz beim LaGuS M-V über Schwangerschaft <input type="checkbox"/> falls eine Umsetzung nicht möglich ist: Beschäftigungsverbote u. -beschränkungen für werdende u. stillende Mütter	<input type="checkbox"/>	MuSchG § 5 MuSchG §§ 3,4,6 RöV, § 22
Wenn Sie Jugendliche beschäftigen:		BuS-Handbuch Kap. 4
Liegen das JarbSchG und die Anschrift der Aufsichtsbehörde (Abt. für Arbeitsschutz beim LaGuS M-V) aus? (<i>siehe BuS-Handbuch, Kap. 1</i>)	<input type="checkbox"/>	JarbSchG, § 47
Werden Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachtet?	<input type="checkbox"/>	JarbSchG, § 22 RöV, § 22 BGV B2, § 11
Werden Jugendliche gemäß JarbSchG ärztlich untersucht und werden die Bescheinigungen über die Untersuchungen gemäß § 41 JarbSchG aufbewahrt?	<input type="checkbox"/>	JarbSchG, § 32-46
Werden Jugendliche regelmäßig über Unfall- und Gesundheitsgefahren, denen sie bei der Beschäftigung ausgesetzt sind, unterwiesen?	<input type="checkbox"/>	JarbSchG, § 29
Wird die Unterweisung dokumentiert?	<input type="checkbox"/>	
Wird ein Verzeichnis der beschäftigten Jugendlichen geführt?	<input type="checkbox"/>	JarbSchG, § 49
Falls regelmäßig mindestens drei Jugendliche beschäftigt werden, hängt ein Plan über Beginn und Ende der regelmäßigen Arbeitszeit und Pausen aus?	<input type="checkbox"/>	JarbSchG, § 48

Brandschutz		BuS-Handbuch Kap. 8
Gibt es einen „Alarmplan“ für das Verhalten im Not- und Brandfall? <i>(Hinweis: kostenfreie Anforderung eines Musters bei der BGW)</i>	<input type="checkbox"/>	DGUV 1
Sind Feuerlöscher in ausreichender Anzahl und mit ausreichender Löschkapazität vorhanden?	<input type="checkbox"/>	ASR A2.2
Sind alle Feuerlöscher leicht erreichbar und befinden sie sich an deutlich gekennzeichneten Stellen?  F05	<input type="checkbox"/>	
Werden die Mitarbeiter mit der Handhabung von Feuerlöscheinrichtungen vertraut gemacht?	<input type="checkbox"/>	
Werden Feuerlöscheinrichtungen regelmäßig gewartet und auf Funktionsfähigkeit geprüft (alle 2 Jahre)?	<input type="checkbox"/>	
Sind alle Mitarbeiter über das Verhalten im Brandfall informiert?	<input type="checkbox"/>	
Sind Rettungswege und Notausgänge gekennzeichnet? Notausgänge müssen mit den Piktogrammen  E14  E15  E16 gekennzeichnet sein und sich leicht öffnen lassen. Rettungswege müssen mit den Piktogrammen  E09  E10  E12  E13 gekennzeichnet sein und sich leicht öffnen lassen. Rettungswege (und Notausgänge) dürfen nicht eingeeengt werden und sind stets freizuhalten.	<input type="checkbox"/>	ArbStättV ASR A1.3
Erste Hilfe		BuS-Handbuch Kap. 3 und Kap. 6
Ist Erste-Hilfe-Material in ausreichender Menge und leicht zugänglich vorhanden? <i>(Verbandkasten nach DIN 13157, siehe auch ASR A4.3)</i>	<input type="checkbox"/>	DGUV 1 ArbStättV , ASR A4.3
Ist der Aufbewahrungsort des Erste-Hilfe-Materials gekennzeichnet (Weißes Kreuz auf grünem Grund)?  E03	<input type="checkbox"/>	ASR A1.3
Werden Aufzeichnungen über Erste-Hilfe-Leistungen bei Arbeitsunfällen gemacht und aufbewahrt (Verbandbuch)?	<input type="checkbox"/>	DGUV 1
Ist das Meldeverfahren bei Arbeitsunfällen/Wegeunfällen bekannt?	<input type="checkbox"/>	§ 193 Abs. 1 SGB VII
Verhalten bei Nadelstichverletzungen: Liegen Unterlagen zur HIV-Postexpositionsprophylaxe vor? <i>(siehe Ablaufschema zu Sofortmaßnahmen im BuS-Handbuch Kap. 6, Seite 48 – zum Aushang)</i>	<input type="checkbox"/>	TRBA 250 BuS-Handbuch Kap. 6

Arbeitsmedizinische Vorsorge		BuS-Handbuch Kap. 4 und Kap. 5
Werden alle Mitarbeiter, die eine Tätigkeit mit Infektionsgefährdung ausüben, vor Aufnahme der Beschäftigung einer Erstuntersuchung und während der Beschäftigung regelmäßig Nachuntersuchungen nach dem berufsgenossenschaftlichen Grundsatz G42 unterzogen?	<input type="checkbox"/>	ArbMedVV , BiostoffV GefStoffV
Sind die Mitarbeiter über die für sie infrage kommenden Maßnahmen zur Immunisierung unterrichtet?	<input type="checkbox"/>	BiostoffV , § 14
Wird eine Vorsorgekartei mit den vorgeschriebenen Angaben geführt?	<input type="checkbox"/>	ArbMedVV , GefStoffV BiostoffV
Arbeitsstätten		BuS-Handbuch Kap. 8
Haben die Arbeitsräume ausreichende Grundfläche und Höhe?	<input type="checkbox"/>	ArbStättV
Sind die Arbeitsräume ausreichend belüftet?	<input type="checkbox"/>	ASR
Falls Lüftungstechnische Anlagen betrieben werden, werden diese regelmäßig gewartet und auf Funktionsfähigkeit geprüft?	<input type="checkbox"/>	
Sind Bildschirmarbeitsplätze so gestaltet, dass gesundheitliche Belastungen der Beschäftigten vermieden werden?	<input type="checkbox"/>	BildscharbV DGUV
Steht ein Pausenraum zur Verfügung?	<input type="checkbox"/>	ArbStättV RKI-Empfehlung: "Infektionsprävention in der Zahnheilkunde - Anforderungen an die Hygiene", 11.5.
Haben Arbeits- und Pausenräume eine Sichtverbindung nach außen?	<input type="checkbox"/>	ArbStättV
Entspricht die Beleuchtung der Art der Sehaufgabe?	<input type="checkbox"/>	
Sind die Fußböden in den Behandlungsräumen rutschhemmend, flüssigkeitsdicht und feucht zu reinigen?	<input type="checkbox"/>	ArbStättV RKI-Empfehlung: "Infektionsprävention in der Zahnheilkunde - Anforderungen an die Hygiene", 11.1.
Stehen den Patienten und den Beschäftigten gesonderte Toiletten zur Verfügung oder besteht Bestandsschutz für vor dem 1.10.1982 eingerichtete Gemeinschaftstoiletten?	<input type="checkbox"/>	ArbStättV RKI-Empfehlung: "Infektionsprävention in der Zahnheilkunde - Anforderungen an die Hygiene", 11.6.
Sind die Verkehrswege frei von Hindernissen und Stolperstellen?	<input type="checkbox"/>	ArbStättV
Betrieb von Medizinprodukten und Geräten		BuS-Handbuch Kap. 6
Wird ein Bestandsverzeichnis für aktive Medizinprodukte geführt? (Muster siehe BuS-Handbuch Seite 51)	<input type="checkbox"/>	MPBetreibV , § 8
Wird für Geräte der Anlagen 1 und 2 MPBetreibV ein Medizinproduktebuch (Gerätebuch) geführt? U. a. für: <input type="checkbox"/> Hochfrequenz-Chirurgiegeräte (Elektrotom) <input type="checkbox"/> Lasergeräte <input type="checkbox"/> Inhalationsnarkosegeräte	<input type="checkbox"/>	MPBetreibV , § 7
Wird die Aufbereitung von bestimmungsgemäß keimarm oder steril zur Anwendung kommenden Medizinprodukten unter Berücksichtigung der Angaben des Herstellers mit geeigneten validierten Verfahren durchgeführt?	<input type="checkbox"/>	MPBetreibV , § 4
Werden die Gebrauchsanweisungen beachtet und sind diese jederzeit für die Benutzer zugänglich?	<input type="checkbox"/>	MPBetreibV , §§ 2,5
Werden die sicherheitstechnischen Kontrollen gemäß § 6 MPBetreibV regelmäßig durchgeführt und dokumentiert?	<input type="checkbox"/>	MPBetreibV , § 6

Amalgamabscheider		BuS-Handbuch Kap. 12
Sind alle Behandlungsplätze, an denen amalgamhaltiges Abwasser anfällt, (zentral oder peripher) mit Amalgamabscheidern mit Prüfzeichen des Instituts für Bautechnik ausgerüstet?	<input type="checkbox"/>	Gemeinsames Merkblatt ZÄK – Umweltministerium vom 27. Juni 2009 im BuS-Handbuch Kap. 12
Liegt die Genehmigung zur Direkteinleitung amalgamhaltigen Abwassers vor? (<i>Gemeinsames Merkblatt der ZÄK M-V und des Umweltministeriums M-V siehe BuS-Handbuch Kap. 12</i>)	<input type="checkbox"/>	
Wird ein Wartungsbuch geführt (Dokumentation Wartung, Entleerung)?	<input type="checkbox"/>	
Werden die Entsorgungsnachweise für Abscheidegut aus Amalgamabscheidern (quecksilberhaltige Abfälle) aufbewahrt ?	<input type="checkbox"/>	
Wird die regelmäßige Prüfung der/des Amalgamabscheider(s) durch Sachkundige alle 5 Jahre durchgeführt? (Der Prüfbericht muss der zuständigen Unteren Wasserbehörde zur Kenntnis zugesandt werden.)	<input type="checkbox"/>	
Elektrische Anlagen		BuS-Handbuch Kap. 8
Sind die Stromkreissicherungen in Verteilerkästen bezeichnet?	<input type="checkbox"/>	DGVU 3
Sind die Stromkreise mit Fehlerstrom-Schutzschaltern (FI-Schaltung) ausgestattet? Werden letztere regelmäßig vom Praxisinhaber kontrolliert?	<input type="checkbox"/>	Elektrische Anlagen und Betriebsmittel
Werden elektrische Anlagen und Betriebsmittel nur von Elektrofachkräften errichtet, geändert und instand gehalten?	<input type="checkbox"/>	
Werden ortsfeste elektrische Anlagen und Betriebsmittel regelmäßig (mind. alle 4 Jahre) auf ihren ordnungsgemäßen Zustand geprüft?	<input type="checkbox"/>	
Sind elektrische Anlagen in medizinisch genutzten Räumen durch Schutzschalter abgesichert? Werden diese vom Betreiber alle 6 Monate überprüft?	<input type="checkbox"/>	
Druckbehälter		BuS-Handbuch Kap. 9
Werden Druckbehälter (z.B. Kompressoren) betrieben, für die bestimmte Bescheinigungen vor Inbetriebnahme vorliegen müssen und die wiederkehrenden Prüfungen unterzogen werden müssen?	<input type="checkbox"/>	Betriebssicherheitsverordnung
Liegen die erforderlichen Bescheinigungen zum Betrieb von Druckbehältern vor?	<input type="checkbox"/>	
Werden die entsprechend der Klassifizierung erforderlichen wiederkehrenden Prüfungen durchgeführt und dokumentiert?	<input type="checkbox"/>	
Hygiene		BuS-Handbuch Kap. 6
Hygiene – Allgemeine Fragen		BuS-Handbuch Kap. 6
Ist die Empfehlung des Robert-Koch-Institutes „Infektionsprävention in der Zahnheilkunde - Anforderungen an die Hygiene“ bekannt?	<input type="checkbox"/>	RKI-Empfehlung: "Infektionsprävention in der Zahnheilkunde - Anforderungen an die Hygiene"
Sind die Verantwortlichkeiten und Aufgabenverteilungen für die Mitarbeiter/ innen zu Arbeitsabläufen allgemein und zu Hygienemaßnahmen schriftlich festgelegt und ist jeder Mitarbeiter nachweislich mit dieser Festlegung vertraut?	<input type="checkbox"/>	BiostoffV, §§ 9, 11, 14
Gibt es Fortbildungsnachweise für das mit der Hygiene betraute Personal (interne bzw. externe Schulungen)?	<input type="checkbox"/>	MedHygVO M-V, § 8
Haben Sie in Ihrer Praxis einen individuellen, gültigen und freigegebenen Hygieneplan?	<input type="checkbox"/>	
Gibt es für die Praxis aktuelle unterschriebene Arbeits-/ Betriebsanweisungen?	<input type="checkbox"/>	
Liegt eine Risikobewertung für jeden Arbeitsplatz vor und sind entsprechend Schutzmaßnahmen für jeden Arbeitsplatz schriftlich festgelegt? (<i>siehe Gefährdungsbeurteilung – TECOM</i>)	<input type="checkbox"/>	

Hygiene – Fragen zum Mitarbeiterschutz		BuS-Handbuch Kap. 6
Sind alle Mitarbeiter gegen die in der Praxis zu erwartenden, impfpräventablen Mikroorganismen geimpft? Wird die regelmäßige Auffrischung der Impfungen veranlasst?	<input type="checkbox"/>	BiostoffV , ArbSchG § 3 RKI-Empfehlung TRBA 250
Gibt es einen Maßnahmenplan für den Umgang mit Schnitt- oder Stichverletzungen sowie Schleimhautkontakten mit potentiell Erregerhaltigem Material? Ist eine Kurzfassung dieses Maßnahmenplans jederzeit zugänglich? Ist ein zuständiger D-Arzt benannt und ist dessen Erreichbarkeit gesichert? (<i>BuS-Handbuch, Kap. 1 und 6</i>)	<input type="checkbox"/>	TRBA 250
Ist das Personal über die angebrachten Zeitpunkte und die korrekte Durchführung der Händedesinfektion unterwiesen und wird die Umsetzung dieser Vorgaben regelmäßig kontrolliert?	<input type="checkbox"/>	RKI-Empfehlung: "Infektionsprävention in der Zahnheilkunde - Anforderungen an die Hygiene"
Gibt es handberührungsfreie Desinfektionsmittel- und Seifenspender mit Armbetätigung? (Auch im Röntgenraum?)	<input type="checkbox"/>	
Sind in Behandlungsräumen Waschbecken mit handberührungsfreien Armaturen vorhanden?	<input type="checkbox"/>	
Sind Spender für Einmalhandtücher und ein handberührungsfreier Handtuchabwurf vorhanden?	<input type="checkbox"/>	
Sind Hautpflegemittelspender vorhanden?	<input type="checkbox"/>	
Wird in der Praxis Schutzkleidung gestellt?	<input type="checkbox"/>	DGUV 1 BiostoffV RKI-Empfehlung: "Infektionsprävention in der Zahnheilkunde - Anforderungen an die Hygiene", 3.2.
Wird diese gemäß den Hygienerichtlinien gewaschen und aufbewahrt?	<input type="checkbox"/>	RKI-Empfehlung: "Infektionsprävention in der Zahnheilkunde - Anforderungen an die Hygiene"
Sind für die jeweilige Tätigkeit geeignete Handschuhe vorhanden?	<input type="checkbox"/>	
Steht ein mehrlagiger, anformbarer Mund-Nasen-Schutz bei allen aerosolträchtigen Tätigkeiten zur Verfügung?	<input type="checkbox"/>	
Sind ausreichend Brillen als Augenschutz (mit seitlicher Abdeckung) vorhanden?	<input type="checkbox"/>	
Hygiene – Fragen zum Umgang mit spezifischen rechtlichen Vorgaben		BuS-Handbuch Kap. 6
Liegt eine Einstufung der Medizinprodukte in Risikoklassen vor?	<input type="checkbox"/>	RKI-Empfehlung: "Infektionsprävention in der Zahnheilkunde - Anforderungen an die Hygiene"
Liegen Arbeitsanweisungen für die Aufbereitung der Medizinprodukte (z.B. Instrumente, Hand- und Winkelstücke etc.), sowie für die jeweiligen Arbeitsschritte vor?	<input type="checkbox"/>	
Erfüllt der Aufbereitungsraum die Anforderungen hinsichtlich der Ablauforganisation? Erfolgt eine Trennung von reinen und unreinen Zonen?	<input type="checkbox"/>	
Werden die MP nach Maßgabe des RKI und MPG gelagert?	<input type="checkbox"/>	
Gibt es eine Arbeitsanweisung für die Lagerhaltung mit Kontrolle der Verfallsdaten?	<input type="checkbox"/>	
Wird die Abfallentsorgung entsprechend dem Merkblatt des Umweltministeriums Mecklenburg-Vorpommern „Hinweise für die Entsorgung von Abfällen aus Einrichtungen des Gesundheitsdienstes und vergleichbarer Abfälle nach Ablauf der Übergangsvorschrift nach § 6 Abs. 2 der Ablagerungsverordnung – AbAbIV in Mecklenburg-Vorpommern vom Juli 2005“ organisiert?	<input type="checkbox"/>	Merkblatt des Umweltministeriums Mecklenburg-Vorpommern vom Juli 2005 im BuS-Handbuch Kap. 13

Hygiene – Fragen zur Desinfektion und Sterilisation von MP		BuS-Handbuch Kap. 6
Bei nass-chemischer Aufbereitung: Gibt es für nass-chemische Aufbereitung Arbeitsanweisungen?	<input type="checkbox"/>	RKI-Empfehlung: "Infektionsprävention in der Zahnheilkunde - Anforderungen an die Hygiene" RKI-Empfehlung "Anforderung an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten"
Gibt es eine Arbeitsanweisung zur Bestückung/Beladung des Reinigungs-Desinfektions-Gerätes?	<input type="checkbox"/>	
Entspricht das angewandte Sterilisationsverfahren der Risikoanalyse und -einteilung des Medizinproduktes?	<input type="checkbox"/>	
Existieren genügend Instrumente einer Art, um bei einer normalen Behandlungsfrequenz deren ordnungsgemäße Aufbereitung sicher zu stellen? (<i>Übertragungsinstrumente!?</i>)	<input type="checkbox"/>	
Wird die Funktionsfähigkeit des Sterilisators/des RDG überprüft und gewährleistet? (Wartung nach Herstellerangabe; MPBetreibVO; Muster-Arbeitsanweisungen, Validierung)	<input type="checkbox"/>	
Wird die Sterilisation dokumentiert?	<input type="checkbox"/>	
Werden regelmäßige Überprüfungen der Funktionsfähigkeit durch entsprechende Tests durchgeführt? (Herstellerangaben; Muster-Arbeitsanweisungen)	<input type="checkbox"/>	
Wird der Sterilisator/der RDG regelmäßig entsprechend den jeweiligen Herstellerangaben gewartet und wird dies dokumentiert?	<input type="checkbox"/>	
Erfolgt die Kennzeichnung von Verpackungen der Medizinprodukte gemäß MPG?	<input type="checkbox"/>	
Wird das Sterilgut ordnungsgemäß freigegeben?	<input type="checkbox"/>	
Wird das gelagerte Sterilgut regelmäßig auf Ablauf der Sterilität überprüft?	<input type="checkbox"/>	
Hygiene – Fragen zur Flächenreinigung und Desinfektion		BuS-Handbuch Kap. 6
Wird die Praxisreinigung gemäß den Anforderungen des Hygieneplans durchgeführt?	<input type="checkbox"/>	RKI-Empfehlung: "Infektionsprävention in der Zahnheilkunde - Anforderungen an die Hygiene"
Werden Flächendesinfektionsmittel in der Gebrauchskonzentration bezogen?	<input type="checkbox"/>	
Erfolgt der Zusatz von Flächendesinfektionsmitteln zur Reinigungslösungen standardisiert nach Angaben des Herstellers?	<input type="checkbox"/>	
Wird eine geeignete Schutzausrüstung (Handschuhe, ggf. Schürze) bei der Anwendung von Flächendesinfektionsmitteln getragen?	<input type="checkbox"/>	
Entsorgung		BuS-Handbuch Kap. 13
Sind Abfallbehälter mit Fußbedienung vorhanden?	<input type="checkbox"/>	
Werden Abfälle aus Untersuchungs- u. Behandlungsräumen in ausreichend widerstandsfähigen, dichten u. erforderlichenfalls feuchtigkeitsbeständigen Einwegbehältern (z.B. Müllsäcke) gesammelt?	<input type="checkbox"/>	RKI-Empfehlung: "Infektionsprävention in der Zahnheilkunde - Anforderungen an die Hygiene" DAHZ-Hygieneleitfaden
Werden scharfe, spitze und zerbrechliche Gegenstände in durchstichfesten, fest verschlossenen Behältern entsorgt?	<input type="checkbox"/>	RKI-Empfehlung: "Infektionsprävention in der Zahnheilkunde - Anforderungen an die Hygiene" LAGA
Werden Sonderabfälle (Fixier- und Entwicklerbäder, Abscheidegut aus Amalgamabscheidern / quecksilberhaltige Abfälle) von autorisierten Betrieben entsorgt?	<input type="checkbox"/>	LAGA
Werden die Entsorgungsnachweise für Sonderabfälle aufbewahrt?	<input type="checkbox"/>	LAGA

Gefahrstoffe		BuS-Handbuch Kap. 7
Werden in der Praxis Gefahrstoffe eingesetzt?	<input type="checkbox"/>	GefStoffV
Wurde eine schriftliche Gefährdungsbeurteilung hinsichtlich der Gefahrstoffe durchgeführt?	<input type="checkbox"/>	GefStoffV
Sind für den Umgang mit Gefahrstoffen Betriebsanweisungen erstellt? Z. B. für den Umgang mit: <input type="checkbox"/> gesundheitsschädlichen Stoffen <input type="checkbox"/> ätzenden und/oder reizenden Stoffen? <input type="checkbox"/> mindergiftigen, giftigen oder sehr giftigen Stoffen <input type="checkbox"/> brandfördernden, leicht- oder hochentzündlichen Stoffen?	<input type="checkbox"/>	GefStoffV
Sind die verwendeten Gefahrstoffe in einem Gefahrstoffverzeichnis erfasst?	<input type="checkbox"/>	GefStoffV
Liegen für die verwendeten Gefahrstoffe Sicherheitsdatenblätter vom Hersteller vor? (Im Internet beim Verband der Deutschen Dentalindustrie unter „Technik und Recht“: VDDI)	<input type="checkbox"/>	GefStoffV
Sind die Aufbewahrungsbehälter für Gefahrstoffe – auch eventuelle Umfüllgefäße – ausreichend gekennzeichnet?	<input type="checkbox"/>	GefStoffV
Werden notwendige persönliche Schutzausrüstungen vom Praxispersonal im Umgang mit Gefahrstoffen benutzt? (z.B. werden Handschuhe beim Umgang mit hautschädigenden Stoffen getragen?)	<input type="checkbox"/>	GefStoffV RKI-Empfehlung: "Infektionsprävention in der Zahnheilkunde"
Werden Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche, werdende und stillende Mütter im Umgang mit Gefahrstoffen beachtet?	<input type="checkbox"/>	JArbSchG MuSchG
Findet mindestens einmal jährlich eine Unterweisung der Mitarbeiter für den Umgang mit Gefahrstoffen statt und wird dies dokumentiert?	<input type="checkbox"/>	GefStoffV DGUV 1
Röntgen		BuS-Handbuch Kap. 10
Liegt die Röntgenverordnung zur Einsichtnahme aus?	<input type="checkbox"/>	RöV, § 18
Erfolgt der Betrieb von Röntgeneinrichtungen gemäß den Bestimmungen der Röntgenverordnung (RöV)?	<input type="checkbox"/>	RöV
Liegt der Abnahmebericht für Ihr(e) Röntgengerät(e) in der Praxis vor?	<input type="checkbox"/>	
Wird die Gebrauchsanweisung in deutscher Sprache bereitgehalten?	<input type="checkbox"/>	RöV, § 18
Ist die vorgeschriebene Einweisung für jedes betriebene Röntgengerät erfolgt?	<input type="checkbox"/>	
Werden Schutzmaßnahmen gegen unnötige Strahlenexposition der Patienten getroffen (Bleischürze/Kinnschild)?	<input type="checkbox"/>	RöV
Ist der Kontrollbereich während der Betriebsbereitschaft und Einschaltzeit gekennzeichnet?	<input type="checkbox"/>	RöV, § 19
Werden Prüfbericht und Sachverständigenbescheinigung über die Strahlenschutzprüfung und die Prüfberichte und Sachverständigenbescheinigungen über Wiederholungsprüfungen aufbewahrt? (Prüfung bei Inbetriebnahme, bei gravierenden Änderungen, Wiederholung aller 5 Jahre)	<input type="checkbox"/>	RöV, §§ 4, 18
Wurde eine Durchschrift des Prüfberichtes der letzten Wiederholungsprüfung an die zuständige Behörde gesandt?	<input type="checkbox"/>	RöV, § 18
Werden wöchentlich Konstanzprüfungen der Filmverarbeitung durchgeführt und die Ergebnisse aufgezeichnet?	<input type="checkbox"/>	RöV, § 16
Werden monatlich Konstanzprüfungen weiterer Röntgen-Geräte durchgeführt und die Ergebnisse aufgezeichnet?	<input type="checkbox"/>	
Führen Sie einmal jährlich eine Konstanzprüfung der Dunkelkammer oder des Tageslichtvorsatzes durch?	<input type="checkbox"/>	QS-Richtlinie zur RöV
Nur für digitale Röntgentechnik: Führen Sie am Befundmonitor die vorgeschriebenen Konstanzprüfungen durch?	<input type="checkbox"/>	
Verfügen die Anwender von Röntgenstrahlen bzw. deren Hilfskräfte über die geforderte Fachkunde bzw. über die Bescheinigung „Kenntnisse im Strahlenschutz“? (Aktualisierung aller 5 Jahre!)	<input type="checkbox"/>	RöV, § 18

Wurden durch den Strahlenschutzverantwortlichen schriftlich Strahlenschutzbeauftragte bestellt und der zuständigen Behörde angezeigt?	<input type="checkbox"/>	RöV, §§ 13-15
Liegen schriftliche Arbeitsanweisungen für die Erstellung von Röntgenaufnahmen in der Praxis vor (siehe BuS-Handbuch Kap. 10)?	<input type="checkbox"/>	RöV, § 18
Werden jährliche Mitarbeiterbelehrungen durchgeführt und dokumentiert?	<input type="checkbox"/>	RöV, § 36
Ist die Aufbewahrungsfrist für Röntgenunterlagen bekannt?	<input type="checkbox"/>	RöV, § 16 (4)
Wenn Sie ein Lasergerät betreiben:		BuS-Handbuch Kap. 11
Erfolgt der Betrieb von Lasereinrichtungen gemäß den Bestimmungen der Unfallverhütungsvorschrift BGV B2 „Laserstrahlung“?	<input type="checkbox"/>	BGV B2
Ist ein Laserschutzbeauftragter benannt worden?	<input type="checkbox"/>	
Ist eine Anzeige über den Betrieb einer Lasereinrichtung der Klassen 3B oder 4 bei der Berufsgenossenschaft sowie der Arbeitsschutzbehörde erfolgt?	<input type="checkbox"/>	
Sind Laserbereiche der Klassen 3B oder 4 während des Betriebes abgegrenzt u. gekennzeichnet?	<input type="checkbox"/>	
Werden die betriebenen Lasereinrichtungen regelmäßig sicherheitstechnisch überprüft?	<input type="checkbox"/>	MPBetreibV, § 6
Werden jährliche Mitarbeiterunterweisungen durchgeführt und dokumentiert?	<input type="checkbox"/>	BGV B2
Wenn Sie ein Praxislabor betreiben:		BuS-Handbuch Kap. 14
Werden die einschlägigen Arbeitsschutzbestimmungen beachtet?	<input type="checkbox"/>	DGUV 1, ArbMedVV ArbStättV, GefStoffV
Sind Einrichtungen zur Desinfektion von Abdrücken und Werkstücken vorhanden?	<input type="checkbox"/>	RKI-Empfehlung: "Infektionsprävention in der Zahnheilkunde", DAHZ-Hygieneleitfaden
Falls Mitarbeiter Umgang mit nicht desinfizierten Abdrücken und Werkstücken haben: werden regelmäßig spezielle arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen durch ermächtigte Ärzte nach dem Grundsatz G 42 (Tätigkeiten mit Infektionsgefährdung) durchgeführt?	<input type="checkbox"/>	ArbMedVV
Sind verwendete Gefahrstoffe in einem Gefahrstoffverzeichnis erfasst?	<input type="checkbox"/>	GefStoffV
Liegen Sicherheitsdatenblätter vor und sind entsprechende Schutzmaßnahmen ergriffen?	<input type="checkbox"/>	
Liegen Betriebsanweisungen für den Umgang mit den Gefahrstoffen vor? U. a. für: <input type="checkbox"/> Methylmetacrylat <input type="checkbox"/> Mineralstäube und Metallstäube <input type="checkbox"/> Cyanide <input type="checkbox"/> Flusssäure	<input type="checkbox"/>	
Werden Gefahrstoffe und brennbare Flüssigkeiten sachgemäß gelagert?	<input type="checkbox"/>	
Werden Gussstücke nur im geschlossenen Strahlgerät (geprüfte Filter) gestrahlt?	<input type="checkbox"/>	
Werden beim Strahlen anstelle von quarzhaltigem Sand nur Strahlmittel verwendet, die keine freie kristalline Kieselsäure enthalten?	<input type="checkbox"/>	
Ist gesichert, dass Dämpfe aus Brennöfen nicht unkontrolliert in den Raum austreten?	<input type="checkbox"/>	
Werden an Schleif- und Polierarbeitsplätzen geprüfte Absauganlagen mit Filtern betrieben und regelmäßig gewartet?	<input type="checkbox"/>	
Wird bei Ein- und Ausbettarbeiten möglichst staubfrei bzw. unter einem Abzug gearbeitet?	<input type="checkbox"/>	
Werden die bei der Verarbeitung von MMA entstehenden Dämpfe abgesaugt?	<input type="checkbox"/>	